附件

新建国家计量基准名单

序号	计量基准名称	测量范围	测量不确定度	证书编号	保存单位
1	太赫兹辐射功率 基准装置	0.1 mW~20 mW (0.1 THz~3.2 THz)	$U_{\rm rel} = 3\% \ (k=2)$	国基证〔2023〕 第 159 号	中国计量科学研究院
2	500 kV 工频高电 压比例基准装置	1 kV/100 V; 10 kV/100 V; (110/ $\sqrt{3}$) kV/ (100/ $\sqrt{3}$) V; (220/ $\sqrt{3}$) kV/ (100/ $\sqrt{3}$) V; (500/ $\sqrt{3}$) kV/ (100/ $\sqrt{3}$) V	$(110/\sqrt{3}) \text{ kV/} (100/\sqrt{3}) \text{ V: } U=2\times10^{-6} \text{ (} k=2\text{);}$		国家高电压计量站
3	激光小角度 副基准装置	(0 ~ ±1) °	U=0.05 " (k=3)	国基证〔2023〕 第 161 号	北京航天计量 测试技术 研究所
4	激光小角度 副基准装置	(0 ~ ±1) °	U=0.05 " (k=3)	国基证〔2023〕 第 162 号	中国航空工业 集团公司北京 长城计量测试 技术研究所